VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

**PNA**

| | |
|---|---|
| Dokumenttyp: | **Checklistor** |
| Dokumentnamn: | **Loggblad för Optisk testkassett DCA Vantage** |

Serienummer: _____

Den genomsnittliga transmittansen(Medel T) skall ligga inom intervall 0,9500-1,0500. Nya värden ska jämföras med startvärdet. Det nya värdet får inte avvika mer än +0,0100T från det första värdet..

Standardavvikelsen(SD, T) skall vid varje mätning vara mindre än 0,0015 och driften(Avv.max) skall vara mindre än 0,0140.

OBS ! Man får också resultat av Avvik., T men det värdet behöver inte noteras.

| **Datum** | **Medel, T**<br>(Genomsnittlig transmittans)<br>Intervall :0,9500-1,0500 | **SD, T**<br>(standardavvikelse)<br>Skall vara mindre än:<br>0,00150 | **Avv.max**<br>(drift)<br>Skall vara mindre än:<br>0,01400 | **Signatur** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |