240304

Säkerhetsmeddelande: TOPRO Olympos ATR

Ett potentiellt problem har identifierats på rollatorer av modell Topro Olympos ATR. På enstaka rollatorer kan låsratten, som används för att säkra handtagets höjdjustering, skruvas loss under användning. Bedömningen är att risken är liten att detta sker, speciellt om man följer instruktionerna i bruksanvisningen: "Se till att låsratten för höjdjustering av handtagen är ordentligt åtdragen."

Läkemedelsverket: TOPRO Olympos ATR

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst 090-785 93 65