region västerbotten

251127

Säkerhetsmeddelande: Uppresningsstöd Eva

Tillverkarens artikelnummer: 151066, 151068
Artikelnummer i Sesam: 43495, 43496

Risk för fastklämning vid användning av EVA uppresningsstöd.

Ett antal allvarliga incidenter har inträffat vid användning av uppresningsstöd Eva, där användare har klämts/fastnat mellan stödet och madrassen.

Vi vill uppmärksamma att felmontering av golvplattan kan skapa en glipa som medför risk för klämskador, särskilt i kombination med mjuka madrasser.

Läs igenom säkerhetsmeddelandet, den uppdaterade bruksanvisningen IFU 2024-01 ver 05 och kontrollera att uppresningsstödet Eva är monterat enligt instruktionerna. Till hjälp finns filmen EVA Monteringsanvisning på leverantörens hemsida.

Säkerställ att den uppdaterade bruksanvisningen finns tillgänglig och används vid bruk av produkten.

För att tydliggöra vilken sida som ska vara monterad mot sängen kan golvplattan kompletteras med en etikett framtagen av leverantören.

- För beställning av större mängd etiketter, kontakta leverantören via order@swereco.com
- För beställning av enstaka etiketter, kontakta Hjälpmedel Västerbottens hjälpmedels-konsulent Marina Bergström; marina.bergstrom@regionvasterbotten.se, 090-785 73 93

För att meddela användare om risker och åtgärder finns ett informationsbrev framtaget av leverantören, för att skickas ut av förskrivare. Se Brev till kunder (pdf).

Leverantören har tillfälligt stoppat försäljningen av produkten, vilket innebär att leverans-störningar kan uppstå när den är slut i Hjälpmedel Västerbottens lager. En ersättningsprodukt håller på att utvärderas. Mer information kommer när den finns tillgänglig.

Swereco: Bruksanvisning IFU 2024-01 ver 05

Läkemedelsverket: Uppresningsstöd Eva, Swereco AB

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst 090-785 93 65